

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

EOS Corporation
906 Via Alondra
CAMARILLO CA 93012
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Netzgeräte für Medizingeräte
Power supplies for medical-use

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Prüfzeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Certification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60601-1 (VDE 0750 Teil 1):1996-03 EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995
IEC 601-1:1988-12
IEC 601-1/A1:1991-11
IEC 601-1/A2:1995-03

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 18934-3336-0007 / 31G24 F15 / SAT

File ref.:

Ausweis-Nr.: 121228

Blatt 1
page

Licence No.:

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 1999-08-27

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

EOS Corporation, 906 Via Alondra
CAMARILLO CA 93012, USA

Aktenzeichen / File ref.

18934-3336-0007 / 31NEZ F15 / SAT

letzte Änderung / updated

2000-02-03

Datum / Date

1999-08-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121228.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 121228.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Netzgeräte für Medizingeräte 24,00
Power supplies for medical-use

Typ(en) / Type(s):

MVLT100-ZXXX 3,00
MVLT80-ZXXX 3,00
MVLT60-ZXXX 3,00
MVLT45-ZXXX 3,00

Nennspannung AC 100-240 V
Rated voltage

Nennstrom 2.2A
Rated current

Nennfrequenz 50-60Hz
Rated frequency

Ausgangsspannungen und -
ströme siehe Anlage No. 1
Output voltage and current
see Appendix No. 1

Schutzklasse I
Protection Class

Schutzart Einbauteil
Protection
built in unit

Nenn-Umgebungstemperatur 50°C
Nominal environment
temperature

Geprüfte Einzelteile T1:Fa EOS Type 100/ABCD 7,00
Approved Components

BEMERKUNG zum Nicht zum direkten Patientenkontakt geeignet.
Zeichengenehmigungs-Ausweis *Not for direct patient contact*
REMARK for Marks-License

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

121228

Blatt /
page

3

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

EOS Corporation, 906 Via Alondra
CAMARILLO CA 93012, USA

Aktenzeichen / File ref.

18934-3336-0007 / 31NEZ F15 / SAT

letzte Änderung / updated

2000-02-03

Datum / Date

1999-08-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121228.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 121228.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Beim Einbau des Netzteils, der entsprechend der zugehörigen Installationsanweisung zu erfolgen hat, ist darauf zu achten, daß alle Anforderungen gemäß den auf Blatt 1 genannten Bestimmungen eingehalten sind. Zusätzlich sind die besonderen Festlegungen für die Geräte einzuhalten, in die das Netzteil eingebaut wird. Die Hinweise in der begleitenden Installationsanweisung sind zu beachten.

The installation of the power supply shall be done in accordance with the installation instructions and all requirements of the standards given on page 1 of this licence shall be fulfilled. In addition the particular requirements of the end use product must be fulfilled when this power supply is used. The remarks of the installation instruction have to be considered.

Weitere Angaben
Further information


Siehe Anlage Nr. 1
See annex No. 1

Summe der Jahresgebühren-Einheiten
Sum of annual fee units

43,00

=====

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F15
Section F15



VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

Merianstraße 28, D-63069 Offenbach

Telefon (+49) (69) 8306-0
Telefax (+49) (69) 8306-555

